Einarbeitung einer individuellen Fußbettung ist mög-

Anpassungen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal der Orthopädietechnik durchgeführt werden.

Reinigung

Bitte beachten Sie die aufgeführten Hinweise zur Reinigung.

• Der harte Rahmen aus Kunststoff kann mit einem feuchten Tuch und mildem Waschmittel gereinigt werden.

Kann nicht maschinell gewaschen werden

Nutzungs- und Lebensdauer

Dieses Medizinprodukt ist für den Gebrauch an nur einem Patienten bestimmt und unterliegt keiner vorgegebenen, zeitlich begrenzten Nutzungsdauer. Bei Beschädigungen, Anzeichen auf Verschleiß oder Defekt darf dieses Produkt jedoch nicht weiter verwendet und muss agf. durch den Fachhandel repariert oder ausgetauscht werden. Durch den natürlichen Verschleiß kann selbst im Rahmen der ordnungsgemäßen Nutzung eine Erneuerung erforderlich sein.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder medizinischen Fachhandel

Lagerung und Verfallsdatum



** Beachten Sie bitte, dass das Produkt originalverpackt in einer trockenen Umgebung unter Ausschluss von Hitze und Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Entsorgung

Dieses Produkt kann gemäß den gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes entsorgt werden. Beachten Sie hierbei die Materialzusammensetzung.

Gewährleistung

Eine Gewährleistung ist nur gegeben, wenn das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Beachtung der Indikationen und der Kontraindikationen sowie einer sachgemäßen Handhabung eingesetzt wurde. Die Gewährleistung erlischt, wenn die geltenden Bestimmungen nicht eingehalten oder Veränderungen am Produkt vorgenommen werden.

Konformitätserklärung CE

Wir, die Heinrich Caroli GmbH, Eichrodtstr. 13, 77933 Lahr, erklären in eigener Verantwortung, dass dieses Medizinprodukt sowie dessen Zubehör allen Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte entspricht. Die Konformität ist in unserer technischen Dokumentation belegt und wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt. Unsere Konformitätserklärung steht Ihnen als Download auf unserer Homepage unter dem folgenden Link zur Verfügung:



Konformitätserklärung https://caroli.de/lnk/k4.php

Hilfsmittelnummern:

Modell 3000: 23.03.02.5005

Heinrich Caroli GmbH

Eichrodtstraße 13 77933 Lahr

Tel.: 07821 / 9399-33, Fax: 07821 / 9399-34 E-Mail: info@caroli.de, Web: www.caroli.de

Gebrauchsanweisung **Peroneus-Orthese**

(Modell 3000)



Einleitung

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,



vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Heinrich Caroli GmbH entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder den medizinischen Fachhandel, von dem Sie dieses Produkt erhalten haben

Zweckbestimmung

Bei diesen Medizinprodukten handelt es sich um Orthesen zur Versorgung von Patienten mit einer leichten bis mittleren Fußheberschwäche.

Indikationen

Das Produkt kann angewendet werden bei:

- leichter/mittlerer Fußheberschwäche
- Peroneusparese

Kontraindikationen

Das Produkt darf nicht angewendet werden bei:

- lymphatischen Störungen
- starken Schwellungen
- Empfindungs- und Durchblutungsstörungen in dieser Körperregion
- Hauterkrankungen oder Hautirritationen im betroffenen Körperbereich
- mittelstarker bis starker Spastik der unteren Extremität
- Instabilität der Sprunggelenke (Supinationsfehlstellung)

Sicherheitshinweise und Nebenwirkungen

Bei sachgemäßer Verwendung dieses Medizinproduktes sind bisher keine Nebenwirkungen bekannt. Bei allen orthopädischen Hilfsmitteln kann es allerdings zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen, wenn diese zu fest angelegt werden oder Passformprobleme auftreten. Dies kann zu lokalen Druckerscheinungen oder zur Einengung von Blutgefäßen und Nerven führen. Bitte beachten Sie die Angaben Ihres verordnenden Arztes zur Anwendung und Tragedauer dieses Produk-

Treten im Zusammenhang mit diesem Produkt schwerwiegende Vorkommnisse auf, so sind diese sowohl der Heinrich Caroli GmbH als auch der zuständigen Behörde zu melden, in dem der Anwender niedergelassen ist.

"Schwerwiegendes Vorkommnis" wird ein Ereignis genannt, das eines der folgenden Kriterien erfüllt, erfüllen könnte oder erfüllt hat:

- Das Versterben des Patienten, Anwenders oder einer anderen Person.
- Der Gesundheitszustand des Patienten, Anwenders oder einer anderen Person verschlechtert sich vorübergehend oder dauerhaft schwerwiegend,
- Die öffentliche Gesundheit ist einer schwerwiegenden Gefahr ausgesetzt.

Nicht schwerwiegende Vorkommnisse melden Sie bitte Ihrer Verkaufsstelle (Leistungserbringer/Sanitätshaus).

Hinweise

- Vor der Benutzung ist eine patientenspezifische Auswahl und Anpassung des Produktes sowie eine Einweisung durch einen Arzt oder qualifiziertes Fachpersonal erforderlich.
- Änderungen am Produkt dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Orthese nie auf beschädigter/verletzter Haut tragen.
- Tragen Sie unter der Orthese einen langen dünnen Strumpf.
- (1) Das Produkt ist zur Anwendung an einem Patienten vorgesehen und nicht zur Wiederverwendung weiterer Personen bestimmt.
 - Das Tragen der Orthese ist im Innnen-und Außenbereich im Rahmen der normalen Nutzung möglich. Für sportliche Aktivitäten ist diese Orthese jedoch nicht freigegeben.

- Die Orthese nicht im Nassbereich/Wasser tra-
- Eine falsche Produktauswahl, Anpassung oder Anwendung kann zu einer fehlenden Wirkung oder gesundheitlichen Schäden führen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise des Arztes oder des medizinischen Fachhandels.
- Bitte beachten Sie die Indikationen und die Kontraindikationen.
- Überprüfen Sie das Medizinprodukt vor dem Anlegen auf Beschädigungen.
- Bei Beschädigungen oder mangelnder Funktion darf das Produkt nicht weiter verwendet werden.

Wartung

Wir empfehlen, dieses Medizinprodukt in regelmäßigen Abständen, jedoch spätestens alle 6 Monate auf Funktionalität und Verschleiß durch einen medizinischen Fachhandel überprüfen zu lassen.

Anleitung zum An- und Ablegen

Die Peroneus-Orthese Modell (3000) sollte nicht direkt auf der Haut, sondern über einem langen Strumpf getragen werden und ist für die Anwendung in konfektionierten Schuhen geeignet.

Materialzusammensetzung

Orthese: 100% Polypropylen (PP) Verschluss: 100% Polyamid (PA)

Wadenpolster: 100% kaschierter Polyesterschaumstoff

(PES)

Anpassung

Die Orthese besteht aus Polypropylen (PP) und kann thermoplastisch nachbearbeitet werden. Beachten Sie hierbei die Verarbeitungstemperatur (90°C). Des Weiteren kann die Orthese auch durch Schneiden, Fräsen und Schleifen bearbeitet werden. Eine anschließende sorgfältige Kantenbearbeitung ist zwingend erforderlich. Die Regulierung im Bereich der Wade erfolgt durch das stufenlos anpassbare Verschlussband. Die